User Manual

Ambulance Stretcher
YXH-3A

CE MD

(EU) MDR 2017/745

Basic UDI-DI :6974580870001DN




Accessories:

1.two safety belts 2.fixing device 3.IV pole 4.mattress

I. Technical Data：

1.High position: (L×W×H):190×55×92cm , Low position: (L×W×H):190×55×26cm

2.Carton Size(1pcs): 195×62×28cm

3.Max angle of the back:75°

4.N.W.:36kg G.W.:43kg

5.Load Bearing: ≤ 159kg

II. Description:

1.The stretcher surface is made of soft foamed cushion in order to make patient feel comfortable.
2.One person can send the patients to the ambulance car, When the patient need low position, pull out the safety handle & then press it, the stretcher’s height will automatically lower down.
3.When the destination arrived, pulling out the safety handle, the stretcher’s legs will unfold automatically
4.There are the return elastic lock device at both side of the stretcher & the leg parts. Lock tightly when turn up for patient safety.
5.Pressing the button under the stretcher, the head part will be raised or lowered.

III. Applied for:

Approved by clinic practice, this item is suitable for ambulance, hospital，battle field and gym to carry the wounded & patients. It also can be used in general operation.

IV. Cautions:

1.When carrying patients with this stretcher, be sure lock tightly the fender locking device & fasten the safety belt for safety sake.
2.In general operation, be careful not to out torn the stretcher surface.

V. Maintenance：

1.Keep clean as routine (incl. sterilization).

2.Often check if any parts loose or not.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importer: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)

EC REP SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247

Manual de usuario

Camilla de ambulancia
YXH-3A

CE MD
(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



Accesorios:

1.dos cinturones de seguridad 2.dispositivo de fijación 3.poste IV 4.colchón

I. Datos técnicos:

1. Posición alta: (L×W×H):190×55×92cm, Posición baja: (L×W×H):190×55×26cm
2. Tamaño del cartón (1 unidad): 195 × 62 × 28 cm
3. Ángulo máximo de la espalda: 75 °
4. N. W.: 36 kg G. W.: 43 kg
5. Carga soportada: ≤159 kg

II. Descripción:

1. La superficie de la camilla está hecha de un cojín de espuma suave para que el paciente se sienta cómodo.
2. Una persona puede enviar a los pacientes a la ambulancia. Cuando el paciente necesite una posición baja, tire de la manija de seguridad y luego presiónela, la altura de la camilla bajará automáticamente.
3. Cuando llegó el destino, tirando de la manija de seguridad, las piernas de la camilla se desplegarán automáticamente
4. Hay un dispositivo de bloqueo elástico de retorno en ambos lados de la camilla y las partes de las piernas. Bloquee firmemente cuando suba para la seguridad del paciente.
5. Al presionar el botón debajo de la camilla, la parte de la cabeza se elevará o bajará.

III.Uso Previsto:

Aprobado por la práctica clínica, este artículo es adecuado para ambulancias, hospitales, campos de batalla y gimnasios para transportar heridos y pacientes. También se puede utilizar en operaciones generales.

IV. Precauciones:

1. Cuando transporte pacientes con esta camilla, asegúrese de bloquear firmemente el dispositivo de bloqueo del guardabarros y abroche el cinturón de seguridad por motivos de seguridad.
2. En el funcionamiento general, tenga cuidado de no rasgar la superficie de la camilla.

V mantenimiento:

1. Manténgase limpio como rutina (incluida la esterilización).
2. Revise regularmente las piezas del producto.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)

EC REP SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247

Manuel de l'Utilisateur

Civière d'ambulance
YXH-3A

CE MD
(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



Accessoires:

1.deux ceintures de sécurité 2.dispositif de fixation 3.perche IV 4.matelas

I. Données techniques：

1.Position haute : (L×W×H) : 190×55×92cm , Position basse : (L×W×H) :190×55×26cm

2. Taille du carton (1 pièces) : 195 × 62 × 28 cm

3. Angle maximum du dos : 75 °

4. N.W.:36kg G.W.:43kg

5. Roulement de charge : ≤ 159 kg

II. La description:

1. La surface de la civière est constituée d'un coussin en mousse souple afin que le patient se sente à l'aise.

2. Une personne peut envoyer les patients à la voiture d'ambulance. Lorsque le patient a besoin d'une position basse, tirez la poignée de sécurité puis appuyez dessus, la hauteur de la civière s'abaissera automatiquement.

3.Lorsque la destination est arrivée, en tirant la poignée de sécurité, les jambes de la civière se déplient automatiquement

4. Il y a le dispositif de verrouillage élastique de retour des deux côtés de la civière et des parties de la jambe. Verrouillez fermement lorsque vous vous retournez pour la sécurité du patient.

5. En appuyant sur le bouton sous la civière, la partie tête sera relevée ou abaissée.

III. Appliqué pour:

Approuvé par la pratique clinique, cet article convient aux ambulances, aux hôpitaux, aux champs de bataille et aux gymnases pour transporter les blessés et les patients. Il peut également être utilisé en fonctionnement général.

IV. Précautions :

1. Lorsque vous transportez des patients avec cette civière, assurez-vous de bien verrouiller le dispositif de verrouillage du garde-boue et d'attacher la ceinture de sécurité pour des raisons de sécurité.

2. En fonctionnement général, veillez à ne pas déchirer la surface de la civière.

V. Entretien：

1.Maintenir propre comme routine (y compris la stérilisation). 2. Vérifiez souvent si des pièces sont lâches ou non.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importateur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)

EC REP SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,1076 DE Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247

Manuale d'uso

Barella dell'ambulanza
YXH-3A

CE MD

(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



Accessori:

1.due cinture di sicurezza 2.dispositivo di fissaggio 3.asta portaflebo 4.materasso

I. Dati tecnici:

1. Posizione alta: (L × P × A): 190 × 55 × 92 cm, posizione bassa: (L × P × A): 190 × 55 × 26 cm
2. Dimensioni della scatola (1 pz): 195 × 62 × 28 cm
3. Angolo massimo della schiena: 75°
4.N.W.: 36 kg P.L.: 43 kg 5. Cuscinetto di carico: ≤ 159 kg

II. Descrizione:

1. La superficie della barella è realizzata in morbido cuscino in schiuma per far sentire il paziente a proprio agio.
2. Una persona può inviare i pazienti all'auto dell'ambulanza, quando il paziente ha bisogno di una posizione bassa, estrarre la maniglia di sicurezza e quindi premerla, l'altezza della barella si abbasserà automaticamente.
3. Quando la destinazione è arrivata, estraendo la maniglia di sicurezza, le gambe della barella si apriranno automaticamente
4. Ci sono il dispositivo di blocco elastico di ritorno su entrambi i lati della barella e delle parti delle gambe. Bloccare saldamente quando si alza per la sicurezza del paziente.
5.Premendo il pulsante sotto la barella, la parte della testa verrà sollevata o abbassata.

III. Aver fatto richiesta per:

Approvato dalla pratica clinica, questo articolo è adatto per ambulanza, ospedale, campo di battaglia e palestra per trasportare feriti e pazienti. Può essere utilizzato anche in operazioni generali.

IV. Avvertenze:

1. Quando si trasportano pazienti con questa barella, assicurarsi di bloccare saldamente il dispositivo di bloccaggio del parafango e allacciare la cintura di sicurezza per motivi di sicurezza.
2. Durante il funzionamento generale, fare attenzione a non strappare la superficie della barella.

V. Manutenzione:

1.Mantenere pulito come di routine (inclusa la sterilizzazione).
2. Controllare spesso se qualche parte è allentata o meno.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importatore: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)

EC REP SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247

Benutzerhandbuch

Krankentrage
YXH-3A

CE MD
(EU) MDR 2017/745
Basic UDI-DI:6974580870001DN



Zubehör:

1.zwei Sicherheitsgurte 2.Befestigungsvorrichtung 3.Infusionsständer 4.Matratze

I. Technische Daten:

1. Hohe Position: (L × B × H): 190 × 55 × 92 cm, niedrige Position: (L × B × H): 190 × 55 × 26 cm
2. Kartongröße (1 Stück): 195 × 62 × 28 cm
3. Maximaler Rückenwinkel: 75 °
4.N.W.:36kg G.W.:43kg 5. Lastlager: ≤ 159 kg

II. Beschreibung:

1. Die Liegefläche besteht aus einem weichen Schaumstoffkissen, damit sich der Patient wohl fühlt.
2.Eine Person kann die Patienten zum Krankenwagen schicken. Wenn der Patient eine niedrige Position benötigt, ziehen Sie den Sicherheitsgriff heraus und drücken Sie ihn dann, die Höhe der Trage wird automatisch abgesenkt.
3.Wenn Sie am Ziel angekommen sind und den Sicherheitsgriff herausziehen, werden die Beine der Trage automatisch ausgeklappt
4. Auf beiden Seiten der Trage und der Beinteile befindet sich die elastische Rückholsperre. Zur Sicherheit des Patienten beim Aufklappen fest verriegeln.
5. Durch Drücken der Taste unter der Trage wird das Kopfteil angehoben oder abgesenkt.

III. Für ... beworben haben:

Dieser von der Klinikpraxis zugelassene Artikel eignet sich für Krankenwagen, Krankenhäuser, Schlachtfelder und Fitnessstudios, um Verwundete und Patienten zu tragen. Es kann auch im allgemeinen Betrieb verwendet werden.

IV. Vorsicht:

1.Wenn Sie Patienten mit dieser Trage tragen, stellen Sie sicher, dass die Kotflügelverriegelung fest verriegelt und der Sicherheitsgurt aus Sicherheitsgründen angelegt wird.
2. Achten Sie im allgemeinen Betrieb darauf, dass die Oberfläche der Trage nicht herausgerissen wird.

V. Wartung:

1. Routinemäßig sauber halten (inkl. Sterilisation).
2. Überprüfen Sie häufig, ob Teile lose sind oder nicht.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importeur: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)

EC REP SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247

Manual do usuário

Maca de ambulância
YXH-3A

CE MD

(EU) MDR 2017/745

Basic UDI-DI:6974580870001DN



Acessórios:

1.dois cintos de segurança 2.dispositivo de fixação 3.IV pólo 4.colchão

I. Dados Técnicos：

1. Posição alta: (L×L×H):190×55×92cm, Posição baixa: (L×L×H):190×55×26cm
2.Tamanho da caixa (1 peça): 195×62×28cm
3. Ângulo máximo das costas: 75°
4.N.W.:36kg G.W.:43kg
5. Rolamento de carga: ≤ 159kg

II. Descrição:

1. A superfície da maca é feita de almofada de espuma macia para que o paciente se sinta confortável.
2. Uma pessoa pode enviar os pacientes para o carro da ambulância, quando o paciente precisar de uma posição baixa, puxe a alça de segurança e pressione-a, a altura da maca diminuirá automaticamente.
3. Quando o destino chegar, puxando a alça de segurança, as pernas da maca se desdobrarão automaticamente
4. Há o dispositivo de bloqueio elástico de retorno em ambos os lados da maca e nas partes da perna. Trave firmemente quando ligar para a segurança do paciente.
5.Pressionando o botão sob a maca, a parte da cabeça será levantada ou abaixada.

III. Aplicado para:

Aprovado pela prática clínica, este item é adequado para ambulância, hospital, campo de batalha e academia para transportar feridos e pacientes. Também pode ser usado em operação geral.

IV. Cuidados:

1. Ao transportar pacientes com esta maca, certifique-se de travar firmemente o dispositivo de travamento do para-lama e aperte o cinto de segurança por questões de segurança.
2.Na operação geral, tome cuidado para não rasgar a superfície da maca.

V. Manutenção：

1.Mantenha limpo como rotina (incluindo esterilização).
2. Verifique com frequência se alguma peça está solta ou não.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China
SRN: CN-MF-000008449

Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain)

EC REP SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,1076 DE
Amsterdam, Netherlands
SRN: NL-AR-000000247