Benutzerhandbuch

CE MD

Vakuum-Trage (EU)MDR2017/745

YXH-7D Basic UDI-DI: 6974580870010DP



Beschreibung:

Das Gehäuse besteht aus TPU und ist mit Polyurethanpellets gefüllt.

Die Pumpe besteht aus ABS.

Es handelt sich um eine Mehrfachkammer-Pumpe, die strahlungsdurchlässig ist.

Lastkapazität: ≤159 kg.

Produktgröße (Länge × Breite Oberseite × Mittelteil × Unterseite): 198 × 68 × 88 × 70 cm.

Verpackungsmaße: 88 × 47 × 29 cm (1 Stück pro Karton)

Neues Gewicht: 9 kg

Bruttogewicht: 10 kg

Zweck

Die Vakuumtrage dient zur Fixierung und Immobilisierung von Patienten, bei denen der Verdacht auf Koma, Bewusstlosigkeit oder Pflegebedürftigkeit besteht. Die Vakuumtrage ist nicht für eine dauerhafte Immobilisierung geeignet.

Anwendung

Die Vakuumtrage ist ein Medizinprodukt, das nur von entsprechend geschultem und autorisiertem Rettungsdienstpersonal angewendet werden darf. Die Anwendung erfolgt in Übereinstimmung mit den aktuellen, allgemein anerkannten medizinischen Richtlinien und Empfehlungen der zuständigen Fachgesellschaften.

Positionierung

·Behandeln Sie offene Wunden und nicht intakte Hautbereiche vor dem Anlegen der Vakuummatratze gemäß den aktuellen Standards der aseptischen Wundbehandlung.

· Bewegen Sie den Patienten mit einem geeigneten Transportmittel gemäß den aktuellen Empfehlungen.

· Um die Vakuumtrage zu fixieren und zu formen, schließen Sie die Schnallen und ziehen Sie die Gurte fest.

Evakuierung

· Drehen Sie das Ventil nach rechts.

· Schließen Sie den Saugschlauch der Pumpe an das Ventil der Vakuumtrage an und vergewissern Sie sich, dass der Saugschlauch fest sitzt.

· Entlüften Sie die Schiene, bis sie fest ist. Das Ventil muss geschlossen sein. Sie spüren einen

Widerstand am Pumpengriff und merken, dass die Schiene steif wird.

· Entfernen Sie den Saugschlauch vom Ventil, nachdem die Vakuumtrage ausreichend Stabilität erreicht hat.

· Bei Bedarf können Sie nun Anpassungen vornehmen, um die Stabilität zu erhöhen oder leichte Positionsänderungen für den Komfort des Patienten vorzunehmen.

· Überprüfen Sie die Gurte auf festen Sitz.

Entlüften

· Öffnen Sie das Ventil, indem Sie es nach links drehen. Nun sollte Luft in die Matratze strömen.

Reinigung und Pflege/Desinfektion

· Reinigen Sie die Vakuum-Trage mit Wasser und einem Reinigungsmittel. Blut, Körperflüssigkeiten oder andere Verschmutzungen sollten vor der Desinfektion gründlich entfernt werden.

· Denken Sie daran, das Ventil während des gesamten Reinigungs- und Desinfektionsvorgangs stets fest geschlossen zu halten.

· Vermeiden Sie eine extreme mechanische Reinigung, die das Oberflächenmaterial beschädigen könnte.

· Desinfizieren Sie ausschließlich mit Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis (Ethanol/Propan). Die Verwendung anderer Substanzen kann zu irreversiblen Schäden an der Oberfläche und am Material führen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.

· Entfernen Sie die Gurte, Griffe und Schnallen und waschen Sie diese in der Waschmaschine bei 60 °C.

· Trocknen Sie die Vakuumtrage nach der Reinigung sorgfältig.

Prüfung und Wiederverwendbarkeit

· Überprüfen Sie vor der Wiederverwendung den ordnungsgemäßen Zustand des Produkts.

· Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf sichtbare Schäden und Dichtheit. Beschädigte Gurte, Griffe und Ventile müssen ersetzt werden. Nur Produkte in einwandfreiem technischen und hygienischen Zustand dürfen wiederverwendet werden.

Lagerung

· Lagern Sie die Vakuum-Trage unter trockenen Bedingungen.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China.
SRN: CN-MF-000008449

Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain).

EC REP
SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands.
SRN: NL-AR-000000247