Manuel d'utilisation

Brancard à vide (EU)MDR2017/745

YXH-7D Basic UDI-DI: 6974580870010DP



Description :

La housse est en TPU et remplies de granulés de polyuréthane.

La pompe est en ABS.

Elle est multi-chambre et radiolucide.

Capacité de charge : ≤159 kg.

Dimensions du produit (Longueur × Largeur haut × milieu × bas) : 198 × 68 × 88 × 70 cm.

Dimensions d'emballage : 88 × 47 × 29 cm (1 pièce par carton).

Poids neuf : 9 kg.

Poids brut : 10 kg.

Objectif

La civière à dépression est conçue pour fixer et immobiliser les patients soupçonnés d'être dans le coma, dans un état d'inconscience ou incapables de prendre soin d'eux-mêmes. La civière à dépression ne convient pas à une immobilisation permanente.

Application

La civière à dépression est un produit médical qui ne peut être utilisé que par du personnel médical d'urgence dûment formé et autorisé. Son utilisation est conforme aux directives médicales et recommandations actuelles généralement reconnues des sociétés spécialisées concernées.

Positionnement

· Traiter les plaies ouvertes et les zones cutanées non intactes avant d'appliquer le matelas à dépression, conformément aux normes récentes en matière de traitement aseptique des plaies.

· Déplacer le patient à l'aide d'un moyen de transfert adéquat, conformément aux recommandations en vigueur.

· Pour fixer et mettre en place la civière à dépression, fermer les boucles et serrer les sangles.

Évacuation

· Tournez la valve vers la droite.

· Connectez le tuyau d'aspiration de la pompe à la valve de la civière à dépression, en vous assurant que le tuyau d'aspiration est bien en place.

· Évacuez l'air de l'attelle jusqu'à ce qu'elle soit ferme, la valve doit être fermée. Vous sentirez une résistance sur la poignée de la pompe et remarquerez que l'attelle devient rigide.

· Retirez le tuyau d'aspiration de la valve une fois que la civière à dépression a atteint une stabilité suffisante.

· Vous pouvez maintenant procéder à des ajustements, si nécessaire, pour ajouter de la stabilité ou modifier légèrement la position du patient pour son confort.

· Vérifiez que les sangles sont bien serrées.

Décompression

· Ouvrez la valve en la tournant vers la gauche. L'air devrait alors pénétrer dans le matelas.

Nettoyage et entretien/désinfection

· Utilisez de l'eau et un détergent pour nettoyer la civière à dépression. Tout sang, liquide corporel ou autre matière souillée doit être soigneusement éliminé avant la désinfection.

· N'oubliez pas de toujours garder la valve bien fermée pendant toute la durée du processus de nettoyage et de désinfection.

· Évitez tout nettoyage mécanique extrême qui pourrait endommager le matériau de surface.

· Désinfectez exclusivement à l'aide de désinfectants à base d'alcool (éthanol/propane). L'utilisation d'autres types de substances pourrait endommager de manière irréversible la surface et le matériau. N'utilisez pas de solvants.

· Retirez les sangles, les poignées et les boucles ; lavez-les en machine à 60 °C.

· Séchez soigneusement la civière à vide après le nettoyage.

Test et réutilisabilité

· Vérifiez le bon état du produit avant de le réutiliser.

· Testez régulièrement l'appareil pour détecter tout dommage visible et vérifier son étanchéité. Les sangles, poignées et valves endommagées doivent être remplacées. Seuls les produits en parfait état technique et hygiénique peuvent être réutilisés.

Stockage

· Stockez la civière à dépression dans un endroit sec.

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd
No.7th, Middle Xinzha Road, Zhashang Industrial Zone,Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, China.
SRN: CN-MF-000008449

Quirumed S.L.U. CIF B97267405 C/ Corretger 117, Pq. Emp. Táctica, Paterna, Valencia (Spain).

EC REP
SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands.
SRN: NL-AR-000000247