



Utente manuale

SKH099 **Carrello di trattamento**



SAIKANG/Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODICE STOCK: 870098

Contenuti

Introduzione al manuale	2
1. Guida all'installazione	3
1.1 Elenco degli accessori standard	3
1.2 Installazione delle rotelle	4
2. Utilizzare il metodo	5
2.1 Metodo di utilizzo delle rotelle.....	6
3. Esclusione dei guasti.....	7
4. Carrello di trattamento - manutenzione.....	7
5. Imballaggio, trasporto, stoccaggio	8
6. Servizio post-vendita	8

Introduzione al manuale

Nota:

Leggere attentamente il presente manuale e seguire scrupolosamente i passaggi prima dell'installazione e dell'uso. Tutti gli utenti devono essere a conoscenza del manuale d'uso e di tutte le avvertenze.

Questo manuale è applicabile al carrello di trattamento SKH099. Contiene il metodo di installazione, le istruzioni operative e i punti di controllo della manutenzione.

► La grafica di questo manuale è solo un riferimento per gli utenti. Per l'uso effettivo, fare riferimento all'oggetto reale.

► Questo manuale d'uso comprende la descrizione, le istruzioni, la manutenzione e i parametri tecnici del prodotto.

Per qualsiasi domanda, contattare il centro di assistenza post-vendita o il distributore.

► Chiunque utilizzi o faccia funzionare questo prodotto deve leggerlo e rispettarlo.



► Ad eccezione di alcune situazioni impreviste, gli utenti sono tenuti a conoscere l'uso e le precauzioni.

1. Guida all'installazione

1.1 Elenco degli accessori standard


Dopo aver aperto la confezione, verificare che i seguenti componenti siano completi nella confezione:

Tabella a:



NO.	Nome	Immagine	Specifiche	QTÀ	Unità
1	Corpo principale		L620*W460*H840 mm Livello superiore con alette su tre lati, altezza alette 4cm	1	pc
2	Rotelle con freno		Rotelle da 3 pollici con freno	2	pz
3	Rotelle senza freno		Rotelle da 3 pollici senza freno	2	pz

1.2 Rotelle installazione


Stendere un cuscinetto di protezione e mettere il corpo del carrello di trattamento sottosopra;
Per rimuovere le rotelle, allentare prima la rotella in posizione corretta, quindi inserirla nel tubo e serrarla con una chiave esagonale interna.




1



2



3



4

2. Metodo di utilizzo




1-Corpo principale 2-caster


Dimensioni del carrello di trattamento	Lunghezza	mm	620
	Larghezza		460
	L'altezza del carrello dal suolo		840
Peso	Carico di lavoro sicuro	KG	100
Peso netto		KG	13
Peso lordo		KG	12

2.1 Metodo di utilizzo delle rotelle

2.1.1 Bloccare la rotella: Dopo aver spinto il carrello nella posizione desiderata, premere il pulsante e bloccare la rotella quando si sente un "clic", come mostrato nella figura seguente.



2.1.2 Sbloccare la rotella: Sollevare il pulsante con il piede e sbloccare la rotella quando si sente un "cli c k".



3. Esclusione dei guasti

Fallimenti comuni	Probabili ragioni	Metodi di esclusione
Difficile spostare l'intero carrello	1. La rotella è bloccata senza rilasciare il freno 2. La rotella è danneggiata	1. Rilasciare il freno 2. Sostituire la rotella

4. Carrello di trattamento - manutenzione

1. Per utilizzare il carrello di trattamento in modo sicuro, è necessario eseguire regolari ispezioni di sicurezza sul carrello di trattamento. Si raccomanda di controllarlo ogni sei mesi per verificare che i collegamenti non siano allentati e che tutte le operazioni siano normali.
2. Quando il telaio del carrello di trattamento invecchia e raggiunge un certo tempo di manutenzione, la parte metallica del carrello di trattamento e le parti in plastica del telaio del bacino in acciaio inox possono essere riciclate.
3. Evitare di graffiare il pannello con apparecchi o coltelli ad angolo vivo durante l'uso e pulirlo frequentemente per mantenerlo pulito e asciutto.
4. Se il pannello è accidentalmente macchiato, si consiglia di pulirlo. Per la pulizia del carrello di trattamento non utilizzare prodotti chimici alcalini o corrosivi, che causerebbero la formazione di ruggine sulla superficie in acciaio inox.
5. Controllare regolarmente le rotelle per evitare urti o sovraccarichi che potrebbero danneggiarle.
6. È vietato forzare le rotelle in fase di frenata, per evitare di danneggiare l'impianto frenante.
7. L'usura della superficie del pneumatico della ruota può essere rilevata con un'ispezione visiva. Alcuni fili filati e altri accumuli possono essere avvolti intorno alla ruota, rimuovere i bulloni e i dadi della ruota, pulire i detriti e controllare se il cuscinetto della ruota è danneggiato. Se le parti non sono danneggiate, possono essere riassemblate e utilizzate.
8. Se la ruota è stata sostituita in base al tempo di utilizzo e all'usura, è possibile sostituire le ruote e assicurarsi che i bulloni e i dadi degli assi siano ben assemblati e collegati. Se possibile, utilizzate rondelle o controdadi per aiutarvi in questo processo.
9. Per le ruote dotate di freni, è necessario controllare regolarmente che i freni funzionino correttamente. Controllare i freni una volta al giorno o prima di ogni utilizzo. Nel caso di un carrello di trattamento dotato di più ruote con freno, è possibile bloccare solo una ruota con freno alla volta, il che consente di provare a spingere il carrello di trattamento e di verificare se una delle prestazioni dei freni di ciascuna ruota è buona. Se il funzionamento del freno viene meno a causa

dell'usura o del danneggiamento delle ruote, sostituire immediatamente le ruote e testare nuovamente il sistema frenante.

10. Se il meccanismo del sistema frenante della ruota è danneggiato e il freno deve essere riparato o sostituito, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita o il rivenditore autorizzato fornito dalla nostra azienda. Ogni volta che i freni vengono sostituiti, le prestazioni dei freni delle rotelle devono essere nuovamente testate.

5. Imballaggio, trasporto, stoccaggio

1. L'imballaggio del carrello di trattamento viene eseguito in base al contratto o allo standard del prodotto.
2. Durante il trasporto del carrello di trattamento, evitare di sottoporlo a forti vibrazioni e di proteggerlo dalla luce solare e dalla pioggia.
3. Il carrello di trattamento deve essere conservato:
 - a) Temperatura ambiente: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Umidità relativa: $\leq 95\%$.
 - c) Pressione atmosferica: $500\text{hPa} \sim 1060\text{ hPa}$.

6. Servizio post-vendita

1. Si prega di conservare correttamente i file forniti con la macchina e le fatture di questo prodotto, che devono essere presentati quando l'azienda esegue la garanzia e la manutenzione del prodotto.
2. In caso di problemi durante il processo di utilizzo, si prega di contattare la nostra azienda in tempo, in modo che la nostra azienda possa fornire un supporto tecnico accurato e veloce e servizi di manutenzione in modo tempestivo.
3. A partire dalla data di vendita, se il prodotto è rotto o danneggiato a causa della corretta installazione e dell'uso secondo le specifiche, il prodotto godrà di una garanzia gratuita di un anno e di un servizio di manutenzione a vita con il "certificato" o la fattura.
4. Dalla data di acquisto, se il prodotto è effettivamente danneggiato o non funziona normalmente a causa di problemi di qualità entro un anno, l'azienda fornirà agli utenti una riparazione gratuita del prodotto.
5. Servizio a vita da parte del produttore: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELLO:SKH099 | RIF.: 319-SKH099

**CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA 3 FUNCIONES Y BARANDILLAS DE SECCION /ELECTRIC HOSPITAL BED
3 FUNCTIONS AND SECTION RAMBARDES/LIT D'HOPITAL ELECTRIQUE 3 FUNCTIONS ET
RAMBARDES/LETTO DA OSPEDALE ELETTRICO 3 FUNZIONI E SPONDE/ CAMA DE HOSPITAL
ELETRICA 3 FUNCOES E CORRIMAOS DE SECCAO/ ELEKTRISCHES KRANKENHAUSBETT MIT 3
FUNKTIONEN UND SEITENGELANDER**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Agricoltura moderna
Parco dimostrativo, città di Zhangjiagang,
Provincia di Jiangsu, Cina



SUNGO Europe B.V.

Fascinato Boulevard 522, Unità 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
Paesi Bassi



Importatore: Quirumed S.L.U. CIF B97267405
C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,
Valencia(Spagna)

LOTTO:HW25
XXX



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CODICE STOCK: 870098



No. 35, Lehong Road - Zhangjiagang (Jiangsu) - Cina

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com