



Utilizador manual

SKH100 Carrinho de tratamento



SAIKANG/Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO STOCK: 870098

Conteúdo

Introdução ao manual.....	2
1. Guia de instalação.....	3
1.1 Lista de acessórios standard.....	3
1.2 Instalação dos rodízios.....	4
2. Utilizar o método	5
2.1 Método de utilização dos rodízios.....	6
3. Exclusão de falhas	7
4. Tratamento trolley-manutenção	7
5. Embalagem, transporte, armazenamento.....	8
6. Serviço pós-venda.....	8

Introdução ao manual

Nota:

Leia atentamente este manual e siga rigorosamente os passos antes de o instalar e utilizar. Exigimos que todos os utilizadores tenham conhecimento do manual do utilizador e de todas as precauções.

► Este manual é aplicável ao carrinho de tratamento SKH100. Contém o método de instalação, as instruções de funcionamento e os pontos de controlo de manutenção.

► Os gráficos deste manual servem apenas de referência para os utilizadores. Na utilização efectiva, consulte o objeto real.

► Este manual do utilizador inclui a descrição, as instruções, a manutenção e os parâmetros técnicos do produto.

► Qualquer dúvida, contacte o centro de assistência pós-venda ou o distribuidor.

► Qualquer pessoa que utilize ou opere este produto deve lê-lo e cumpri-lo.



Exceto em algumas situações inesperadas, os utilizadores devem estar familiarizados com a utilização e as precauções.

1. Guia de instalação

1.1 Lista de acessórios standard

Depois de abrir a caixa da embalagem, verifique se as seguintes peças estão completas na caixa da embalagem:


Tabela a:

NÃO.	Nome	Imagem	Especificação	QUANTIDADE	Unidade
1	Corpo principal		L620*W460*H840mm	1	pc
2	Rodízio com travão		Rodízio de 3 polegadas com travão	2	peças
3	Rodízio sem travão		Rodízio de 3 polegadas sem travão	2	peças



1.2 Rodízios instalação

Colocar uma almofada de proteção e colocar o corpo do carrinho de tratamento de cabeça para baixo;


Retire os rodízios, primeiro desaperte o rodízio para a posição correta, depois insira-o no tubo e aperte-o com uma chave hexagonal interna.




1



2



3



4

2. Método de utilização




1-Corpo principal 2-Casters


Tamanho do carrinho de tratamento	Comprimento	mm	620
	Largura		460
	A altura do carrinho em relação ao solo		840
Peso	Carga de trabalho segura	KG	100
Peso líquido		KG	11.5
Peso bruto		KG	10.5

2.1 Método de utilização dos rodízios

2.1.1 Bloquear o rodízio: Depois de empurrar o carrinho para a posição desejada, premir o botão e bloquear o rodízio quando ouvir um "clique", como mostra a figura abaixo.



2.1.2 Desbloquear o rodízio: Levantar o botão com o pé e desbloquear o rodízio quando ouvir um "clique".



3. Exclusão de falhas

Falhas comuns	Razões prováveis	Métodos de exclusão
Difícil de deslocar o carrinho inteiro	1. O rodízio é bloqueado sem soltar o travão 2. O rodízio está danificado	1. Soltar o travão 2. Substituir o rodízio

4. Tratamento trolley-manutenção

1. Para utilizar o carrinho de tratamento em segurança, é necessário efetuar inspeções de segurança regulares ao carrinho de tratamento. Recomenda-se que seja inspecionado de seis em seis meses para garantir que as ligações não estão soltas e que todas as operações são normais.

2. Quando a estrutura do carrinho de tratamento envelhece e atinge um determinado tempo de serviço, a parte metálica do carrinho de tratamento e as partes plásticas da estrutura da bacia em aço inoxidável podem ser recicladas.

3. Evite riscar o painel com aparelhos de ângulo agudo ou facas durante a utilização e limpe-o frequentemente para o manter limpo e seco.

4. Se o painel ficar acidentalmente manchado com nódoas, recomenda-se a sua limpeza. Não utilize produtos químicos alcalinos ou corrosivos para limpar o carrinho de tratamento, pois isso fará com que a superfície de aço inoxidável enferruje.

5. Verificar regularmente os rodízios para evitar bater ou sobrecarregar, o que provocará danos nos rodízios.

6. É proibido forçar os rodízios a travar durante a travagem, o que provocará danos no sistema de travagem.

7. O desgaste da superfície do pneu da roda pode ser detectado por inspeção visual. Alguns fios de linha fiados e outras acumulações podem ser enrolados à volta da roda, retirar os parafusos e as porcas da roda, limpar os detritos e verificar se o rolamento da roda está danificado. Se as peças não estiverem danificadas, podem ser montadas de novo e utilizadas.

8. Se o rodízio for substituído de acordo com o tempo de utilização e o desgaste, pode substituir as rodas e certificar-se de que os parafusos e porcas dos eixos estão bem montados e ligados. Se possível, utilize anilhas de segurança ou porcas de segurança para o ajudar neste processo.

9. Para os rodízios equipados com travões, é necessário verificar regularmente se os travões estão a funcionar corretamente. Verifique os travões uma vez por dia ou antes de cada utilização.

No caso de um carrinho de tratamento equipado com vários rodízios com travão, apenas um rodízio com travão pode ser bloqueado de cada vez, o que lhe permitirá tentar empurrar o carrinho de tratamento e verificar se o desempenho dos travões de cada rodízio é bom. Se o funcionamento do travão falhar devido ao desgaste ou a danos nas rodas, substitua imediatamente as rodas e volte a testar o sistema de travagem.

10. Se o mecanismo do sistema de travagem do rodízio estiver danificado e o travão precisar de ser reparado ou substituído, contacte o nosso departamento de serviço pós-venda ou o revendedor autorizado fornecido pela nossa empresa. Sempre que os travões forem substituídos, o desempenho dos travões dos rodízios deve ser novamente testado.

5. Embalagem, transporte, armazenamento

1. A embalagem do carrinho de tratamento é efectuada de acordo com o contrato ou a norma do produto.
2. Evitar a precipitação, vibrações violentas e proteção contra a luz solar e a chuva durante o transporte do carrinho de tratamento.
3. O carrinho de tratamento deve ser guardado:
 - a) Temperatura ambiente: -40°C ~ 70°C.
 - b) Humidade relativa: ≤ 95%.
 - c) Pressão atmosférica: 500hPa ~ 1060 hPa.

6. Serviço pós-venda

1. Guarde devidamente os ficheiros que acompanham a máquina e as facturas deste produto e apresente-os quando a empresa efetuar a garantia e a manutenção do produto.
2. Se houver algum problema no processo de utilização, contacte a nossa empresa atempadamente, para que a nossa empresa possa fornecer-lhe apoio técnico e serviços de manutenção precisos e rápidos em tempo útil.
3. A partir da data de venda, se o produto estiver avariado ou danificado devido à instalação e utilização corretas de acordo com as especificações, o produto beneficiará de uma garantia gratuita de um ano e de um serviço de manutenção vitalício com o "certificado" ou fatura.
4. A partir da data de compra, se o produto estiver efetivamente danificado ou não funcionar normalmente devido a problemas de qualidade no prazo de um ano, a empresa fornecerá aos utilizadores uma reparação gratuita do produto.
5. Serviço vitalício do fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODELO:SKH100 | REF.: 319-SKH100

**CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA 3 FUNCIONES Y BARANDILLAS DE SECCION /ELECTRIC HOSPITAL BED
3 FUNCTIONS AND SECTION RAILS/LIT D'HOPITAL ELECTRIQUE 3 FUNCTIONS ET
RAMBARDES/LETTO DA OSPEDALE ELETTRICO 3 FUNZIONI E SPONDE/ CAMA DE HOSPITAL
HOSPITAL ELETRICA 3 FUNCOES E CORRIMAOS DE SECCAO/ ELEKTRISCHES KRANKENHAUSBETT MIT
3 FUNKTIONEN UND SEITENGELANDER**



Jiangsu Saikang Equipamento Médico Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture

Parque de demonstração, cidade de Zhangjiagang,

Província de Jiangsu, **China**



SUNGO Europa B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unidade 1.7,

2909VA Capelle aan den IJssel,

Países Baixos



Importador: Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,

Valencia (Espanha)

LOTE:HW25xx
X



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.

CÓDIGO STOCK: 870098



No. 35, Lehong Road - Zhangjiagang (Jiangsu) - China

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com