



Manuel de l'utilisateur manuel

SKH101 **Chariot de traitement**



SAIKANG/Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co. Ltd.

CODE DE STOCK : 870098

Contenu

Introduction au manuel	2
1. Guide d'installation	3
1.1 Liste des accessoires standard	3
1.2 Installation des roulettes	4
2. Utiliser la méthode	5
2.1 Méthode d'utilisation des roulettes	6
3. Exclusion des défauts	7
4. Chariot de traitement - entretien	7
5. Emballage, transport, stockage	8
6. Service après-vente	8

Introduction au manuel

Remarque :

Veillez lire attentivement ce manuel et suivre scrupuleusement les étapes avant l'installation et l'utilisation. Nous demandons à tous les utilisateurs de connaître le manuel de l'utilisateur et toutes les précautions à prendre.



- ▶ Ce manuel s'applique au chariot de traitement SKH101. Il contient la méthode d'installation, les instructions d'utilisation et les points de contrôle de la maintenance.
- ▶ Les graphiques de ce manuel sont uniquement destinés à servir de référence aux utilisateurs. En cas d'utilisation réelle, veuillez vous référer à l'objet réel.
- ▶ Ce manuel d'utilisation comprend la description, l'instruction, l'entretien et les paramètres techniques du produit.
- ▶ Pour toute question, veuillez contacter le centre de service après-vente ou le distributeur.
- ▶ Toute personne utilisant ou faisant fonctionner ce produit doit le lire et s'y conformer.
- ▶ À l'exception de certaines situations inattendues, les utilisateurs sont tenus de se familiariser avec l'utilisation et les précautions.

1. Guide d'installation

1.1 Liste des accessoires standard


Après avoir ouvert la boîte d'emballage, vérifiez si les pièces suivantes sont complètes dans la boîte d'emballage :

Tableau a :



NON.	Nom	Photo	Spécifications	QTÉ	Unité
1	Corps principal		L600*L400*H870mm	1	pc
2	Roulettes avec frein		Roulette de 3 pouces avec frein	2	pcs
3	Roulette sans frein		Roulette de 3 pouces sans frein	2	pcs

1.2 Roulettes installation


Posez un coussin de protection et mettez le corps du chariot de traitement à l'envers ;
Pour retirer les roulettes, il faut d'abord desserrer la roulette pour la positionner correctement, puis l'insérer dans le tube et la serrer à l'aide d'une clé hexagonale intérieure.




1



2



3



4

2. Utiliser la méthode




1-Corps principal 2-catalyseurs


Taille du chariot de traitement	Longueur	mm	600
	Largeur		400
	La hauteur du chariot par rapport au sol		870
Poids	Charge de travail sûre	KG	100
Poids net		KG	10.8
Poids brut		KG	13

2.1 Méthode d'utilisation des roulettes

2.1.1 Verrouiller la roulette : Après avoir poussé le chariot dans la position souhaitée, appuyez sur le bouton et verrouillez la roulette lorsque vous entendez un "clic", comme le montre la figure ci-dessous.



2.1.2 Déverrouiller la roulette : Soulevez le bouton avec votre pied et déverrouillez la roulette lorsque vous entendez un "cli c k".



3. Exclusion des défauts

Défaillances courantes	Raisons probables	Méthodes d'exclusion
Difficile de déplacer l'ensemble du chariot	1. La roulette est bloquée sans que le frein ne soit desserré. 2. La roulette est endommagée	1. Desserrer le frein 2. Remplacer la roulette

4. Chariot de traitement - entretien

1. Afin d'utiliser le chariot de traitement en toute sécurité, il est nécessaire d'effectuer des contrôles de sécurité réguliers sur le chariot de traitement. Il est recommandé de le vérifier tous les six mois pour s'assurer que les connexions ne sont pas desserrées et que toutes les opérations sont normales.
2. Lorsque le châssis du chariot de traitement vieillit et qu'il atteint une certaine durée d'entretien, la partie métallique du chariot de traitement et les parties en plastique du châssis du bassin en acier inoxydable peuvent être recyclées.
3. Évitez de rayer le panneau avec des appareils à angle vif ou des couteaux pendant l'utilisation, et nettoyez-le fréquemment pour qu'il reste propre et sec.
4. Si le panneau est accidentellement taché, il est recommandé de le nettoyer. N'utilisez pas de produits chimiques alcalins ou corrosifs pour nettoyer le chariot de traitement, car la surface en acier inoxydable rouillerait.
5. Vérifiez régulièrement les roulettes afin d'éviter les chocs ou les surcharges, qui endommageraient les roulettes.
6. Il est interdit de forcer les roulettes à freiner lors du freinage, ce qui endommagerait le système de freinage.
7. L'usure de la surface du pneu de la roue peut être détectée par une inspection visuelle. Certains fils et d'autres accumulations peuvent s'enrouler autour de la roue. Retirez les boulons et les écrous de la roue, nettoyez les débris et vérifiez si le roulement de la roue est endommagé. Si les pièces ne sont pas endommagées, elles peuvent être remontées et utilisées.
8. En fonction de la durée d'utilisation et de l'usure, vous pouvez remplacer les roues et vous assurer que les boulons et les écrous des essieux sont bien assemblés et connectés. Si possible, utilisez des rondelles de blocage ou des écrous de blocage pour vous aider dans cette opération.
9. Pour les roulettes équipées de freins, il est nécessaire de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des freins. Vérifiez les freins une fois par jour ou avant chaque utilisation. Dans le

cas d'un chariot de traitement équipé de plusieurs roulettes à frein, une seule roulette à frein peut être bloquée à la fois, ce qui vous permet d'essayer de pousser le chariot de traitement et de vérifier si l'un des freins de chaque roulette fonctionne correctement. Si le frein ne fonctionne pas en raison de l'usure ou de l'endommagement des roues, remplacez immédiatement les roues, puis testez à nouveau le système de freinage.

10. Si le mécanisme du système de freinage de la roulette est endommagé et que le frein doit être réparé ou remplacé, veuillez contacter notre service après-vente ou le revendeur agréé fourni par notre société. Chaque fois que les freins sont remplacés, les performances de freinage des roulettes doivent être testées à nouveau.

5. Emballage, transport, stockage

1. L'emballage du chariot de traitement est effectué conformément au contrat ou à la norme du produit.
2. Pendant le transport du chariot de traitement, évitez les sorties précipitées, les vibrations violentes et la protection contre les rayons du soleil et la pluie.
3. Le chariot de traitement doit être rangé :
 - a) Température ambiante : $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - b) Humidité relative : $\leq 95\%$.
 - c) Pression atmosphérique : $500 \text{ hPa} \sim 1060 \text{ hPa}$.

6. Service après-vente

1. Veuillez conserver correctement les dossiers qui accompagnent la machine et les factures de ce produit, et vous devez présenter ces dossiers lorsque l'entreprise effectue la garantie et l'entretien du produit.
2. En cas de problème lors de l'utilisation, veuillez contacter notre société à temps, afin qu'elle puisse vous fournir une assistance technique et des services de maintenance précis et rapides.
3. À partir de la date de vente, si le produit est cassé ou endommagé en raison d'une installation et d'une utilisation correctes conformément aux spécifications, le produit bénéficiera d'une garantie gratuite d'un an et d'un service d'entretien à vie avec le "certificat" ou la facture.
4. À compter de la date d'achat, si le produit est effectivement endommagé ou ne fonctionne pas normalement en raison de problèmes de qualité dans un délai d'un an, l'entreprise fournira aux utilisateurs une réparation gratuite du produit.
5. Service à vie assuré par le fabricant : JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD



MODÈLE:SKH101 | RÉF. : 319-SKH101

**CARRO HOSPITALARIO Y MÉDICO / MEDICAL TROLLEY / CHARIOT MÉDICAL / CARRELO SANITARIO /
CARRO MÉDICO / MEDIZINISCHER WAGEN**



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co. Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture

Parc de démonstration, ville de Zhangjiagang,

Province de Jiangsu, **Chine**



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unité 1.7,

2909VA Capelle aan den IJssel,

Les Pays-Bas



Importador : Quirumed S.L.U. CIF B97267405

C/Corretger 117 Pq.Emp.Tactica,Paterna,

Valence (Espagne)

LOT:HW25036



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co. Ltd.

CODE DE STOCK : 870098



No. 35, Lehong Road - Zhangjiagang (Jiangsu) - Chine

+86 18021231901

sales@chinasaikang.com

www.saikangmedical.com